

AIRLITEC Sarl

88, rue Jean Jaures
 80470 Dreuil Les Amiens
 Tel. : + (33) (0) 3 22 54 83 47
 Fax. : + (33) (0) 3 22 54 83 29
 GSM : + (33) (0) 6 89 59 13 19
 E-mail : regis.houllier@airlitec.com
 Siret: 514 488 105 00016
 N° TVA: FR36514488105
 Code APE: 4669B

MECON GmbH
 Röntgenstrasse 105
 50169 Kerpen
 Tel: +49 2237 600 060
 Fax: +49 2237 600 040
www.mecon.de

Bon de Commande N° (Order N°): 1201RH004
 in Euro

DATE: 19/01/12

QTY	Description	Unit Price (euro)	Total (Euro)
1	7ME5850-1DC01-0AA1/Y01/Y02/B06/Y99 Débitmètre à flotteur type Minix Tube MA 301 A1 Fluide: air Echelle: 20 à 260L/mn Calibration spécifique 15°C 1013mbar Flotteur aluminium Connexion: filetage femelle DIN G1/4 Sans robinet Avec certificat de calibration Avec échelle gravée noire Avec étiquette blanche à l'arrière du tube pour meilleure lecture Finition Oxygène Avec socle pour utilisation sur table Référence Client: 5633114	277,2	277,20
1	7ME5850-1EA01-0AA1/Y01/Y02/B06/Y99 dito Echelle: 1 à 10L/mn Référence Client: 5633120 délai: 3 semaines	382,41	382,41

Brut H.T.	Base TVA %	TVA (euro)	Total	acompte	Net à Payer
659,61	Not applicable		659,61	0	659,61

Terms/Conditions de paiement: 30 days

Regis Houllier
 Directeur Général

Delivery address:

INTERTECHNIQUE
 61, rue Pierre Curie
 BP 1
 78373 Plaisir Cedex
 France
 Attn: Mrs Françoise Goubartat +33 1 61 34 12 54
 Reference Customer: 4220928

