

依頼発行日: 08年 10月 27日 (1/土) 回答発行日: 08年 10月 28日 (回答日)

特見No. V93 - 4335 - 00

宛	FAX/
	湘南/
	AAC設計部FIグループ
	東京/シス開・()
	清田 様

回答宛先	FAX: 0460-27-9264	
	TEL: 714-66049	
発行部署	販売 AAC 国際営業部1G	計装()
	相沢隆正	表紙のみ 送付
返却要否	要・否	要・否

FIG 特殊品見積依頼書

照会	注文主	YAMATAKE EUROPE N.V.	需要先	MOL Rt. KTD TOK Hungary	
機種	IP, MG, FI	LG, CV	形番	HGC303-1E	数量: 1set
			受注確度: 確定 <input checked="" type="checkbox"/> : 不確定 <input type="checkbox"/>		

内容 (添付別紙: <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無)	レンジ
チューニング対象成分: N2, CO2, C2	温度(°C) MAX () NOR () MIN ()
詳細は添付EMAIL参照ください。	圧力(MPa) MAX () NOR () MIN ()
	流体名
	比重
	接続規格 プロセス級入口
	Y.SPEC.No.
	TAG No.

回答要求日	10月 28日	希望製作期間	0.5ヶ月
-------	---------	--------	-------

回答	製作	添付別紙	形番	販売価格(千円)
	可 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	有 (参照のこと) <input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/>	HGC303-1E	L/P: 2000 TP: 464

添付メールよりガス仕様様中、HGCのレンジオーバーとなり N2, CO2 に際し調整し、C2 と CO2 の両方の H-L 調整及び分岐の確認を行っております。

条件等は以下の通りです。購入するガスは C2, CO2, N2, CH4 の混合ガスとします。

- ① 調整やパイプは通常のガスにて行い、出荷前 CO2, N2 のみ購入したガスと校正して出荷します。
- ② CO2 と C2 両方のガスは購入したガスにて決定します。
- ③ 購入したガスにて取付のポートデータに添付します。(C-R04内)
- ④ 使用の前には容先提示ガス規格相当の標準ガスにて校正して下さい。

承認	照査	担当	受付	製作期間(参考)	3.5 ヶ月
FI設計 08.10.29 広野	FI設計 08.10.29 太田	FI設計 08.10.29 清田	特見 08.10.27 受付	実績工番	年度()
				設計工数	H

注意事項: 1. 原則として特殊品見積書は一品一様とする。
 2. 手記内容が回答内容と異なる場合は再度特殊品見積もり依頼書を発行のこと。
 3. 受注にあたっては納期を生産管理部門と協議のこと。