

# 検査成績書

INSPECTION DATA

コピー

品名 XXXXXXXX  
Description

形番 XXXXXXXX  
Model No.

シリアルNo. 05040601  
Serial No.

供給電源 AC100V  
Power Supply

項目 No.	検査項目および規格 Inspection Items and Standard	検査結果 Result	
1.	外観・表示 Appearance & Marking	○ K	
2.	ディスプレイ動作・記録動作 Display Action & Record Action	○ K	
3.	精度 (レンジコード10) Accuracy (Range Code No.10)	設定値 [mV]	指示値 [mV]
		-20.00	-19.99
		-10.00	-9.99
		0.00	0.00
		10.00	10.00
		20.00	20.00
4.	出力動作 (オプション) Out Put Action (Option)	*****	
5.	入力動作 (オプション) In Put Action (Option)	*****	
6.	通信 (オプション) Communication (Option)	*****	
7.	絶縁抵抗 <span style="float: right;">50MΩ MIN.</span> Insulation Resistance	○ K	
8.	絶縁耐圧 <span style="float: right;">1500 VAC 1 MIN.</span> Dielectric Strength	○ K	

検査年月日 2005-01-06  
Date Tested

室温 23.0 °C  
Room Temp

担当 ○ハンコ  
Inspector

承認 ○ハンコ  
Approved