

検査成績書

INSPECTION DATA

御注文主 Requester	サンプル	殿	品名 Description	気体用マスフローメータ Gas mass flow meter
タグNo. Tag No.			形番 Model No.	CMS0005BTTN2101Y0
工事番号 Product No.			流量レンジ Scale range	空気、窒素 5L/min Air, Nitrogen
納入数 Quantity	1		供給電源 Power supply	DC 24V
デートコード Date code	0632		シリアルNo. Serial No.	40838

項目 No	検査項目 Inspection items	検査結果 Result		
1.	外観・表示 Appearance & Marking	OK		
2.	耐圧、漏洩 Pressure and leak resistance	OK		
3.	絶縁抵抗 Insulation resistance	OK		
4.	耐電圧 Dielectric strength	OK		
5.1	ディスプレイ動作 Display action	OK		
5.2	スイッチ入力 Switch input	OK		
5.3	イベント出力 Event output	OK		
5.4	精度 Accuracy 注： 清浄空気を流し、標準状態(20℃、101.325kPa)の 体積流量を基準として検査 Note： This product is tested using purified air at a volume flowrate of 20℃, 101.325kPa.	流量 Flowrate [L/min]	指示 Indicate [L/min]	出力電圧 Output [V]
		0.00	0.00	0.00
		0.50	0.50	0.50
		1.00	1.00	1.00
		2.00	2.00	2.00
		3.00	3.00	3.00
		4.00	4.00	4.00
		5.00	4.98	4.99
			OK	
6.	設定 Configuration	OK		

検査年月日
Date tested 2006-08-07

室温
Room temp 23 °C

作成
Inspector



承認
Approved

