

検査成績書

INSPECTION DATA

ご注文主 Requester	サンプル	殿	品名 エア管理用メータ Description Air flow meter
タグ No. Tag No			形番 Model No. MCF0080xRxDO1xxxx
工事番号 Product No.			流量レンジ 空気、窒素 Scale range 200L/min Air, Nitrogen
納入数 Quantity			供給電源 Power supply DC 24V
デートコード Date code			シリアル No Serial No. 03695

項目 No	検査項目 Inspection items	検査結果 Result	
1.	外観・表示 Appearance & Marking	OK	
2.	耐圧、漏洩 Pressure and leak resistance	OK	
3.	絶縁抵抗 Insulation resistance	OK	
4.	耐電圧 Dielectric strength	OK	
5.1	ディスプレイ動作 Display action	OK	
5.2	スイッチ入力 Switch input	OK	
5.3	イベント出力 Event output	OK	
5.4	瞬時流量出力 (4-20mA) 4-20mA output	OK	
5.5	精度 Accuracy 注： 清浄空気を流し、標準状態 (0℃、101.325 kPa) の 体積流量を基準として検査 Note： This product is tested using purified air at a volume flowrate of 0 °C, 101.325 kPa.	流量 Flowrate [L/min]	指示 Indicate [L/min]
		0	0
		60	60
		200	201
			OK
6.	設定 Configuration	OK	

検査年月日 DATE tested 2008-02-01	室温 Room temp 23 °C
作成 Inspector	承認 Approved